



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ" (Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц **№ RA.RU.311478**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-X/04-06-2025/437899559

Действительно до **03.06.2029**

Средство измерений	Преобразователи расхода электромагнитные; ПРЭМ; ПРЭМ, Ду40; Рег. № 17858-11 наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа	
заводской номер	536225 заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение	
в составе		
поверено	в полном объеме наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки	
в соответствии с	РБЯК.407111.039 "Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ" утв. ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" 5 марта 2011 г. наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка	
с применением эталонов:	3.1.ZZT.0377.2021 регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам	
при следующих значениях влияющих факторов:	температура: 20,09 °C; атм. давление: 99,03 кПа; отн. влажность: 53,65 %; другие перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений	
факторы:	температура воды 20,71 °C, напряжение питания 12 В	
и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.		
Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:	https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-437899559	
Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:	437899559	
Поверитель	Горбунов Сергей Михайлович фамилия, инициалы	
Знак поверки:	 фамилия, инициалы	
Начальник лаборатории №531	 должность руководителя или другого уполномоченного лица	
Дата поверки	04.06.2025	

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ)
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Протокол поверки № 531-0726-25

№ 531-0726-25



Исполнитель № 531-0726-25

51



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ" (Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311478

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-Х/04-06-2025/437899558

Действительно до 03.06.2029

Средство измерений	Преобразователи расхода электромагнитные; ПРЭМ; ПРЭМ, Ду40; Рег. № 17858-11 наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской номер	530787 заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
в составе	
поверено	в полном объеме наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки
в соответствии с	РБЯК.407111.039 "Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ" утв. ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" 5 марта 2011 г. наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
с применением эталонов:	3.1.ZZT.0377.2021 регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам
при следующих значениях влияющих факторов:	температура: 20,09 °С; атм. давление: 99,03 кПа; отн. влажность: 53,65 %; другие перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений
факторы:	температура воды 20,71 °С, напряжение питания 12 В
и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.	
Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИО ОЕИ:	https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-437899558
Номер записи сведений о результатах поверки в ФИО ОЕИ:	437899558
Поверитель	Горбунов Сергей Михайлович фамилия, инициалы
Знак поверки:	
Начальник лаборатории №531 должность руководителя или другого уполномоченного лица	 подпись
Дата поверки	04.06.2025

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ)
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Протокол поверки № 531-0727-25

872113.19.АЯМ



ИМПОРЕН
1329/1100000000