



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ" (Дальневосточный филиал ФГУП "ВНИИФТРИ")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311478

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-Х/04-06-2025/437899554

Действительно до 03.06.2029

Средство измерений	Комплекты термопреобразователей сопротивления; КТСП-Н; КТСП-Н; Рег. № 38878-12 наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской номер	28034 г/х заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
в составе	
поверено	в полном объеме наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки
в соответствии с	МП ВТ 047-2002 "Комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н. Методика поверки", согл. с ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС", 2006 г. наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
с применением эталонов:	80030-20 Калибраторы температуры "ЭЛЕМЕР-КТ-150К", "ЭЛЕМЕР-КТ-200К", регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) "ЭЛЕМЕР-КТ-500К", "ЭЛЕМЕР-КТ-650К" 21-5524Е 2021 Эталон 3-го разряда Приказ ФАПТРИМ №2712 от 19.11.2024 средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам
при следующих значениях влияющих факторов:	«ГПС для средств измерений температуры (часть 2)»; 80030-20 Калибраторы температуры "ЭЛЕМЕР-КТ-150К", "ЭЛЕМЕР-КТ-200К", "ЭЛЕМЕР-КТ-500К", "ЭЛЕМЕР-КТ-650К" 21-5524Е 2021 Эталон 3-го разряда Приказ ФАПТРИМ №2712 от 19.11.2024 «ГПС для средств измерений температуры (часть 1)»; 80030-20 Калибраторы температуры "ЭЛЕМЕР-КТ-150К", "ЭЛЕМЕР-КТ-200К", "ЭЛЕМЕР-КТ-500К", "ЭЛЕМЕР-КТ-650К" 21-5524Е 2021 Эталон 4-го разряда ГПС, утв. приказом ФА по ТР и метрологии № 3456 от 30.12.2019
и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.	температура: 23,8 °С; атм. давление: 98,85 кПа; отн. влажность: 42,4 % перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений
Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:	https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-437899554
Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:	437899554
Поверитель	Горбунов Сергей Михайлович фамилия, инициалы
Знак поверки:	С 2 X 5 Гмц

Начальник
лаборатории №531
должность руководителя или
другого уполномоченного лица

Дата поверки

04.06.2025

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ)
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Протокол поверки № 531-0729-25

№ РА.У.3.11478



ИЗДАНИЕ № 31
ИЗДАНИЕ № 31